

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

Nitril-Handschuhe Dermatril 742 LR

pure[11]-Nr.: 1105028, Marke: KCL

Eigenschaften

- Antistatisch
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 0,65
- Handschuhtyp: Dünnfilm
- Länge in cm: 28 cm
- Länge in Inches: 11 ln
- Latexfrei
- Lebensmittelkonformität
- Material: Nitril
- Materialzusammensetzung: Reinmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: glatt
- Puderfrei
- Rollrand
- Silikonfrei
- Texturierte Fingerspitzen
- Verpackungsform: Beutel
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,11 mm
- Zytostatikageeignet
- Marke: KCL

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

- Nitril

Verpackung

- 500STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1105028BL10, Nitril-Handschuhe Dermatril 742 LR

Farbe: Blau; Größe: 10 / VE: 500STK

pure[11]-Nr.: 1105028BL7, Nitril-Handschuhe Dermatril 742 LR

Farbe: Blau; Größe: 7 / VE: 500STK

pure[11]-Nr.: 1105028BL8, Nitril-Handschuhe Dermatril 742 LR

Farbe: Blau; Größe: 8 / VE: 500STK

pure[11]-Nr.: 1105028BL9, Nitril-Handschuhe Dermatril 742 LR

Farbe: Blau; Größe: 9 / VE: 500STK

Dermatril® LR 742



Einsatzgebiete

› Labor und Forschung
› Produktschutz
› Chemische Industrie
› Medizintechnik
› Pharmaindustrie
› Elektronikindustrie
› Chipbe- und -verarbeitung

Eigenschaften und Vorteile

› Einmalschutzhandschuh
› sehr hohes Tastempfinden
› hervorragender Tragekomfort
› reduzierte Schweißbildung durch Spezialnitril
› verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
› gute Chemikalienbeständigkeit

Artikel-Nr. **Name**	**742** Dermatril® LR 742
Material	Nitril
Variante	lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
Länge (mm) **Gesamtschichtstärke (mm)**	270 - 290 0,11 ± 0,03
Farbe **Größe**	blau 7, 8, 9, 10, 11
Einstufung	Kategorie III EN374-1/Typ B KPT · EN374-5 Virus · ISO14644-1 Reinraumklasse 100



Besonderheiten

› Reinraumverpackung
› naturlatexfrei
› AQL ‹ 0,65
› beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
› silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren)
› virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
› geeignet für Reinräume der ISO Klasse 5 nach der EN ISO 14644-1
› Dieser Handschuh erfüllt die Anforderungen der EN 455.
› Der Handschuh ist ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG.
› Ionen Analyse nach IEST-RP-CC005.2, Methode ist geprüft
› entspricht der GMP Klasse A und B

www.kcl.de
vertrieb@kcl.de

KCL by Honeywell

KCL GmbH
Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Deutschland
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

V071218 D

Honeywell