

pure[11]-Nr.: 1130301, Marke:

Eigenschaften

Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

-

Verpackung

- Box

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1130301,

pure[11]-Nr.: 1130301ORL, Nitril-Untersuchungshandschuhe Orange Pearl #4604

Farbe: Orange; Größe: L / VE: 1000STK

pure[11]-Nr.: 1130301ORM, Nitril-Untersuchungshandschuhe Orange Pearl #4603

Farbe: Orange; Größe: M / VE: 1000STK

pure[11]-Nr.: 1130301ORS, Nitril-Untersuchungshandschuhe Orange Pearl #4602

Farbe: Orange; Größe: S / VE: 1000STK

pure[11]-Nr.: 1130301ORXL, Nitril-Untersuchungshandschuhe Orange Pearl #4605

Farbe: Orange; Größe: XL / VE: 1000STK

pure[11]-Nr.: 1130301ORXS, Nitril-Untersuchungshandschuhe Orange Pearl #4601

Farbe: Orange; Größe: XS / VE: 1000STK

UNIGLOVES®
KEEPING YOU SAFE

Einweghandschuhe

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Spezifikationen:

Material: Nitril
Puder: Ungepudert
Inhaltsstoffe: Thiuramfrei, keine Proteine enthalten
Manschette: Umbördelt
Design: Beidhändig
Oberfläche: Angeraute Fingerspitzen
Farbe: Orange
Qualitätssicherung:
EN 374 CAT III - Typ C;
EN ISO 21420;
EN 455 Teil 1–4;
DIN EN ISO 13485:2021

Artikelnummer und Größe:

4601 | Extra Small
4602 | Small
4603 | Medium
4604 | Large
4605| Extra large

Verpackung:

100 Stück pro Box
10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	EN 455-2	Medianwert entspricht den Anforderungen
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2	Medianwert entspricht den Anforderungen
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

Art.-Nr.	4601	4602	4603	4604	4605
Größe	XS = 5–6	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9	XL = 9–10
Breite	76 ± 4 mm	86 ± 4 mm	98 ± 4 mm	107 ± 4 mm	115 ± 4 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Messpunkte	Eine Lage
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,08 ± 0,02 mm

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6,0	min. 6,0

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Type-Examination (Modul B) & Modul C2
CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Ireland
(Notified Body 2834)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 Permeationslevel	EN374-4:2019 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-5,3

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf